



GFP Contrôle
Parc d'Activités Euratlantic
15, rue de l'Europe
F 16730 Fléac
Tél : (0) 545 65 28 05
Fax : (0) 545 65 28 06
<http://www.gfpcontrole.fr>

Chaîne d'étalonnage Masse
Laboratoire d'étalonnage accrédité

CDE : CM00002931

CERTIFICAT D'ETALONNAGE

N° 22G00368

Délivré à : **ACT Pesage**

265, avenue des Ebénistes
Z.A. de Bel Air

12000 Rodez
France

INSTRUMENT ETALONNE

Désignation : Une série de dix neuf masses de 1g à 20 000g

Constructeur : Zwiebel

Type : /

N° de série : C11

N° d'identification : Individuel

Date d'émission : 07/02/2022

Ce certificat comprend 3 pages

Le Responsable du Laboratoire
Jérôme Parvery

La reproduction de ce certificat n'est autorisée que
sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Accréditation N° 2-1278
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



**Certificat d'étalonnage n° 22G00368****Numéro de série : C11**

Description

Une série de dix neuf masses de 1g à 20 000g

1*100g, 2*200g, 1*500g, 1*1 000g, 2*2 000g, 1*5 000g

Cylindrique avec une gorge - Cavité d'ajustage

1*1g, 2*2g, 1*5g, 1*10g, 2*20g, 1*50g

Cylindrique avec une gorge - Monobloc

1*5 000g, 1*10 000g, 1*20 000g

Valise avec une poignée - Cavité d'ajustage

Remarque

Sans Objet

Mode Opérateur

Les masses sont étalonnées par une comparaison EMME à des masses étalons de travail raccordées aux masses étalons de référence du laboratoire.

Conditions d'Etalonnage

Les opérations d'étalonnages sont effectuées dans les laboratoires de GFP Contrôle, dans les conditions suivantes :

Conditions ambiantes :

- Température : $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
- Pression : $1013 \text{ hPa} \pm 30 \text{ hPa}$
- Hygrométrie : $50\% \pm 30\%$

Résultats

Les résultats d'étalonnage sont donnés en masse conventionnelle.

La masse conventionnelle m_c est définie dans le Document International D28 de l'OIML

« La masse conventionnelle d'un poids est égale à la masse totale des poids de référence réalisés dans une matière de masse volumique de $8\,000 \text{ kg/m}^3$, qui équilibre la masse de ce poids, dans l'air de masse volumique $1,2 \text{ kg/m}^3$, l'opération étant effectuée à 20°C . »

Les résultats des mesures ont été corrigés pour les ramener aux conditions de référence définies ci-dessus.

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude-type composée.

Les incertitudes-types ont été calculées en tenant compte des différentes composantes d'incertitude, étalons de référence, moyens d'étalonnage, conditions d'environnement, répétabilité...

La délivrance d'un certificat d'étalonnage portant le logotype Cofrac-Etalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au système international d'unités SI.



Certificat d'étalonnage n° 22G00368

Numéro de série : C11

Identification masse	Masse nominale	Masse conventionnelle	Intervention	Valeur avant Intervention	Incertitude élargie (k=2) (\pm)	Date d'étalonnage	Opérateur
ZZ39A	1 g	1,0003 g			0,3 mg	04/02/2022	Jérôme Parvery
ZZ34B	2 g	2,0005 g			0,4 mg	04/02/2022	Jérôme Parvery
ZZ40B	2 g	2,0000 g			0,4 mg	04/02/2022	Jérôme Parvery
ZZ75A	5 g	5,0003 g			0,5 mg	04/02/2022	Jérôme Parvery
ZZ74B	10 g	10,0009 g			0,6 mg	04/02/2022	Jérôme Parvery
ZZ1B	20 g	20,0010 g			0,8 mg	04/02/2022	Jérôme Parvery
ZZ3B	20 g	20,0016 g			0,8 mg	03/02/2022	Jérôme Parvery
ZZ61A	50 g	50,0008 g			1,0 mg	04/02/2022	Jérôme Parvery
ZY48S	100 g	99,9998 g			1,6 mg	04/02/2022	Jérôme Parvery
ZZ1C	200 g	200,0042 g			3,0 mg	04/02/2022	Jérôme Parvery
ZZ99B	200 g	200,0042 g			3,0 mg	04/02/2022	Jérôme Parvery
ZZ45A	500 g	500,003 g			8 mg	04/02/2022	Jérôme Parvery
ZZ97A	1 000 g	1 000,025 g			16 mg	04/02/2022	Jérôme Parvery
ZZ45B	2 000 g	2 000,030 g			30 mg	04/02/2022	Jérôme Parvery
ZY72H	2 000 g	2 000,028 g			30 mg	04/02/2022	Jérôme Parvery
ZZ52A	5 000 g	5 000,038 g			80 mg	04/02/2022	Jérôme Parvery
ZY3488	5 000 g	5 000,026 g			80 mg	04/02/2022	Jérôme Parvery
ZZ3065	10 000 g	9 999,94 g			160 mg	07/02/2022	Robin Cirot
ZY4283	20 000 g	20 000,05 g	Rénovation préventi'	20 000,24 g	300 mg	02/02/2022	Robin Cirot